



Универзитет у Београду
**ФАКУЛТЕТ ЗА
ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ**
www.ffh.bg.ac.rs

Студентски трг 12-16, п. пр. 47, 11158 Београд 118, ПAK 105305 // тел +381 11 2635 545, тел/факс +381 11 2187 133, ffh@ffh.bg.ac.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

ДАТУМ: 20.05.2019.		
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОЗИ
	511	

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања потенцијалних понуђача, у вези са ЈНМВ 1.1.2/2019,
Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за наставу у

Питање 1: У пратији 7:

1. Ставка 13.- Да ли је прихватљиво понудити термометар 1-200 °C са поделом 0,2° ?
2. Ставка 16.- На који пречник филтер папира се мисли ?
3. Ставка 35.- Који пречник синтер левка је потребан?

Одговор 1: У пратији 7:

1. Ставка 13.- Тражен је „Termometar 0-130°C sa podelom na 0,1°C“, термометар 1-200 °C са поделом 0,2° није одговарајући еквивалент;
2. Ставка 16.- Мисли се на филтер папир стандардног пречника од 10cm;
3. Ставка 35.- Потребан је синтер левак пречника 4cm.

У Београду, 20.05.2019..год.
Комисија за спровођење поступка